



153329

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Государственный научный метрологический центр

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 153329-2023-251

Средство измерений

Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной
плазмой "Spectroflame"

Наименование, тип

Диапазон длин волн, нм: 120 - 800

Диапазон измерений или номинальное значение

отн. СКО, %: 0,5; нестабильность за 8 часов, %, не более: 1,0

Класс точности, разряд или погрешность

Номер по Госреестру 13356-97

Клеймо предыдущей поверки 74715956

Заводской номер 9841/98

Принадлежащее

ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург, ИНН 6661004301

наименование юридического (физического) лица, ИНН

поверено в соответствии с документом

МИ 2424-97 "ГСИ. Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой SpectroFlame. Методика поверки", УНИИМ

№, наименование нормативного документа по поверке

и с применением эталона

ГСО 7875-2000 (№ 01-15 годен до 05.2018); ГСО 7476-98 (№ 3 годен до 10.2017)

наименование, зав. №, разряд или погрешность

На основании результатов периодической поверки (протокол № 2023

от 18.09.2015) СИ признано годным к применению.



Поверитель

Е.П. Собина

Руководитель поверяющей лаборатории

Е.П. Собина

Дата выдачи: 18 сентября 2015 г.

Срок действия: 19 сентября 2017 г.

М.П.




РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

(заполняется при наличии соответствующих указаний
в нормативном документе по поверке)

Поверка проведена при следующих значениях влияющих факторов:

Температура окружающего воздуха	<u>22</u>	, °C;
Относительная влажность	<u>51</u>	, %.

Поверитель



Е.П. Собина