



153323

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Государственный научный метрологический центр

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 153323-2017-251

Средство измерений

**Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной
плазмой OPTIMA 2100 DV**

Наименование, тип

Спектральный диапазон, нм: 160 - 900

Диапазон измерений или номинальное значение

 δ , %: $\pm 5,0$; отн. СКО, %: 2,0

Класс точности, разряд или погрешность

Номер по Госреестру 20781-04

Клеймо предыдущей поверки 75861402

Заводской номер 080N8012401

Принадлежащее

ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург, ИНН 6661004301

наименование юридического (физического) лица, ИНН

поверено в соответствии с документом

Приложение к руководству по эксплуатации "Методика поверки", ВНИИОФИ

№, наименование нормативного документа по поверке

и с применением эталона

Стандартные образцы растворов металлов: ГСО 7836-2000 (Cu № 04-14 годен до 09.2017); ГСО 7874-2000 (Cd № 01-14 годен до 04.2017);
ГСО 7254-96 (Fe № 6 годен до 03.2016); ГСО 7976-2001 (Cu № 02-14 годен до 09.2017)

наименование, зав. №, разряд или погрешность

На основании результатов периодической поверки (протокол № 2017

от 18.09.2015) СИ признано годным к применению.



Поверитель


Е.П. Собина

Руководитель поверяющей лаборатории

Е.П. Собина

Дата выдачи: 18 сентября 2015 г.

Срок действия: 18 сентября 2016 г.




РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

(заполняется при наличии соответствующих указаний
в нормативном документе по поверке)

Поверка проведена при следующих значениях влияющих факторов:

Температура окружающего воздуха	<u>23</u>	, °C;
Относительная влажность	<u>58</u>	, %.

Поверитель



Е.П. Собина